

Chambre climatique de 13750 dm³ pour essai humide
suivant les normes NF EN 60068-2-30 et 60068-2-38

ENCEINTE CLIMATIQUE GRAND VOLUME > 3m³, STRUCTURE RIGIDE TYPE G



Chambre climatique Chaud-Froid-Humide, d'un volume de 13750 dm³, destinée, entre autre, à réaliser les normes :

NF EN 60068-2-30, NF EN 60068-2-14, NF EN 60068-2-1 et 2.

Constituée de 2 modules et d'une machinerie séparée, cette chambre est acheminée, sans logistique particulière, vers son site d'exploitation.

Il suffira d'une journée de travail pour qu'une de nos équipes spécialisées rende cet équipement opérationnel, l'ensemble des tests et vérifications métrologiques ayant été réalisé en usine.

Cette chambre climatique, réalisée sur cahier des charges, a été entièrement conçue et fabriquée dans notre unité de production en région Bordelaise.



.....
www.climats-tec.com

Climats - Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latrille

CS 50067 - 33650 Martillac - FRANCE

Tél. +33 (0)5 56 20 25 25

e-mail: commercial@climats-tec.com

Particularités :

- Vitesse d'air réglage entre 0,5 et 2,5 m/s
- Charge au sol : 1 tonne/m²
- Passage de cuve en encoche
- Passages en traversée de cloison
- Ouverture de porte à 180°
- Sécurité mini-maxi sur sonde Pt 100 indépendante

Caractéristiques techniques :

| Dimensions (mm) | Largeur | Profondeur | Hauteur |
|-----------------|---------|------------|---------|
| Utiles | 2200 | 2500 | 2500 |
| Hors tout | 2700 | 3850 | 3300 |
| Machinerie | 1800 | 2500 | 1400 |

Homogénéité et Régulation :

Homogénéité en température

entre $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ et $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ sur toute la plage
stabilité de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ maximum



.....
www.climats-tec.com

Climats - Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latriille
CS 50067 - 33650 Martillac - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 20 25 25
e-mail: commercial@climats-tec.com